



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย สำนักปลัด

ที่ พท ๗๑๖๐๑ / ๑๕๕

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง
โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) ปริมาตรกระบะบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย

อ้างถึง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย ที่ ๐๗๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง โครงการ
จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) ปริมาตรกระบะบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า
๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง
รายละเอียดดังนี้

๑.ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)

ปริมาตรกระบะบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน
งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน

ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) ปริมาตร
กระบะบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน
งบประมาณจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท กำหนดส่งมอบภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๑.ความเป็นมา

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ สมัย
ประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน ประเภทครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) ปริมาตรกระบะบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ
กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน งบประมาณจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๒.วัตถุประสงค์

เพื่อใช้ในการออกปฏิบัติการนำผู้ป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุส่งโรงพยาบาล ทดแทนรถฉุกเฉินคันเดิมที่มี
สภาพการใช้งานมานานและทำให้ไม่ปลอดภัยต่อผู้ป่วยฉุกเฉินที่ให้บริการ ทั้งนี้เพื่อให้มีรถยนต์ที่มีความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน

๓.คุณสมบัติผู้เสนอราคา

- ๓.๑ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายรถยนต์ที่ประกวดราคาซื้อด้วยทางอิเล็กทรอนิกส์
- ๓.๒ผู้ประสงค์จะเสนอราคาไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อ
หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
- ๓.๓ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นกัน

๒/๓ ๒๕๖๓.๖.๖๓

/๓.๔ ผู้ประสงค์...

๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์รวมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นและ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์รวมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๔.รูปแบบรายการหรือ คุณลักษณะเฉพาะ

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๒
รถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)ปริมาตรกระบะบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน

- ๑)เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐาน
- ๒)มีประตูด้านหลัง ปิด-เปิด สำหรับยกเตียงผู้ป่วยเข้า-ออก
- ๓)มีตู้เก็บท่อ บรรจุก๊าซไม่น้อยกว่า ๒ ท่อ ที่แขวนน้ำเกลือ
- ๔)ห้องพยาบาลมีตู้ใส่อุปกรณ์และเวชภัณฑ์
- ๕)มีวิทยุคมนาคม VHF/FM พร้อมอุปกรณ์
- ๖)เครื่องสัญญาณไฟฉุกเฉินพร้อมเครื่องขยายเสียง
- ๗)คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์การแพทย์ประกอบ
 - ๗.๑ เตียงนอนโลหะผสม แบบมีล้อเข็น ปรับเป็นรถเข็นได้
 - ๗.๒ ชุดช่วยหายใจชนิดใช้มือบีบสำหรับเด็กและผู้ใหญ่
 - ๗.๓ เครื่องส่องกล้องเสียงและเครื่องดูดของเหลวใช้กับไฟรถยนต์
 - ๗.๔ เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง
 - ๗.๕ ชุดป้องกันกระตุกคอเคลื่อน
 - ๗.๖ ชุดเผือกลม
 - ๗.๗ ชุดให้ออกซิเจนแบบ Pipe Line สำหรับส่งท่อก๊าซ
 - ๗.๘ อุปกรณ์ตามหลังชนิดสั้น
 - ๗.๙ เก้าอี้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดพับเก็บได้
 - ๗.๑๐ ครอบหลังคาทรงสูงพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะอื่นๆ

โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) ปริมาตรกระบะบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน งบประมาณจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

คุณลักษณะรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) แบ่งออกเป็น ๒ หมวด ดังนี้

หมวด ก คุณลักษณะของรถยนต์

หมวด ข คุณลักษณะของครุภัณฑ์การแพทย์

หมวด ก คุณลักษณะของรถยนต์

๑.คุณลักษณะทั่วไป เป็นรถกระบะสำเร็จรูปสีขาว ดัดแปลงติดตั้งไฟเบอร์กลาสเป็นรถพยาบาลฉุกเฉินผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ISO สำหรับอุปกรณ์การแพทย์ สามารถรับน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๑ ตัน สภาพใหม่ไม่เคยใช้งาน ติดฟิล์มกรองแสงตามมาตรฐานทั้งคัน

๒.คุณลักษณะทางเทคนิคของรถยนต์

๒.๑ ระบบเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ปริมาตรความจุภายในกระบะบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี มีกำลังเครื่องยนต์สุทธิไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

๒.๒ระบบกันสะเทือน ล้อหน้าแบบปีกนกคู่พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง ล้อหลังแบบซ้อนและใช้ค
อ์พช่วย

๒.๓ระบบพวงมาลัยขับเคลื่อนขวาระบบแรคแอนด์พีนีเยน พร้อมเพาเวอร์ช่วยจากโรงงานผู้ผลิต

๒.๔ระบบห้ามล้อ ดิสเบรกล้อหน้า ดรัมเบรกล้อหลัง หรือดิสเบรกทั้งสองล้อ

๒.๕ระบบส่งกำลัง เกียร์ธรรมดา/เกียร์อัตโนมัติ

๒.๖ระบบเบรกเป็นระบบไฮดรอลิก

๒.๗ระบบบังคับเลี้ยวประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๒.๘ระบบช่วงล่างให้เป็นไปตามมาตรฐานล่าสุดของโรงงานผู้ผลิต

๒.๙ระบบไฟฟ้า กระจกประตูสามารถเลื่อนขึ้น-ลง และล็อกได้ด้วยระบบไฟฟ้า

๒.๑๐ระบบเครื่องปรับอากาศ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศถูกต้องตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๑๑ ล้อและล้อยาง ตามมาตรฐานของผู้ผลิต พร้อมล้อและยางอะไหล่

๒.๑๒ อุปกรณ์มาตรฐานอื่นๆ อย่างน้อยต้องมีตามรายการต่อไปนี้

-ชุดเครื่องมือประจำรถที่จำเป็นครบถ้วนตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

-แม่แรงยกพร้อมด้าม ๑ ชุด

-ประแจถอดล้อตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

-หนังสือคู่มือการใช้รถ และคู่มือการรักษารักษา เป็นภาษาไทย

๒.๑๓ อุปกรณ์ความปลอดภัย มีเข็มขัดนิรภัยไม่น้อยกว่า ๔ ที่นั่ง มีพวงมาลัยเพาเวอร์

๓. คุณลักษณะทั่วไปของรถพยาบาลฉุกเฉิน

๓.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องได้รับอนุญาตประกอบ,ตัดแปลงรถพยาบาลจากกระทรวงอุตสาหกรรมหรือได้รับการ
แต่งตั้งจากบริษัทที่ได้รับอนุญาต

๓.๒ ชุดหลังคาไฟเบอร์กลาส(ประตูท้ายขึ้นเดียวเปิดขึ้น) สำหรับยกเตียงผู้ป่วยเข้า-ออก ทำจากไฟเบอร์กลาส
ชนิดที่มีความแข็งแรงทนทาน ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐาน ISO และได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ความสูงของ
หลังคาจากขอบกระเบาะไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ซม.

๓.๒.๑ ประตูท้ายทำจากไฟเบอร์กลาสมีช่องกระจกนิรภัยสามารถเปิดออกจากภายในได้

๓.๒.๒ มีกระจกบานเลื่อนด้านหลังคนขับ สามารถล็อกได้จากห้องพยาบาล

๓.๒.๓ บันไดท้ายสแตนเลส มีความแข็งแรงไม่เป็นสนิม ขนาดบันไดท้ายยาวไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ซม.และกว้าง
ไม่น้อยกว่า ๑๘ ซม. แผ่นอลูมิเนียมป้องกันการลื่น หนาไม่น้อยกว่า ๒ มม. ชนิดแข็งไม่เป็นสนิม บันไดยึดกับตัวรถ
เหล็กหนา รับน้ำหนักได้ดีแข็งแรงต่อการกระแทก

๓.๒.๔ ชุดแอร์แชนพร้อมคอมเพรสเซอร์ ๑ ลูกสวิทช์เปิด-ปิด ใช้งานง่าย ถาดรองน้ำทิ้งทำความสะอาดง่าย
น้ำหนักเบา

๓.๓ มีตู้เก็บท่อบรรจุก๊าซไม่น้อยกว่า ๒ ท่อ ชุดอุปกรณ์เพดานเอนกประสงค์ ในห้องพยาบาลติดตั้งระบบแสง
สว่าง มีสวิทช์ควบคุมชนิด ๒ ทาง สามารถควบคุมการเปิด-ปิด ได้จากห้องพยาบาลและชุดหลอดไฟ LED ๒ ชุด มี
สวิทช์ควบคุมการเปิด-ปิดที่ตัวอุปกรณ์ และมีที่แขวนน้ำเกลือเป็นเลสสตีล ไม่เป็นสนิมรับน้ำหนักได้มากกว่า ๒ กก.

๓.๔ ห้องพยาบาลมีตู้ใส่อุปกรณ์และเวชภัณฑ์

๓.๕ ติดตั้งเครื่องรับวิทยุระบบ VHF/FM พร้อมลำโพง ขนาดกำลังส่ง ๑๐ วัตต์ ที่ใช้งานได้ดีในย่านความถี่
๑๓๖ MHz ถึง ๑๗๔ MHz

๓.๖ เครื่องสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบแถวข้าง(สีตามกฎหมายกำหนด) ติดตั้งด้านหน้ารถเหนือคนขับ
สัญญาณไฟฉุกเฉิน หลอด LED (แดง-น้ำเงิน) พร้อมสัญญาณเสียงไซเรนอย่างน้อย ๓ เสียง ใช้งาน ๑๒VDC

๓.๖.๑ ชุดโคมไฟติดข้างรถผลิตจากไฟเบอร์กลาสพร้อมไฟสปอตไลท์และไฟฉุกเฉินหลอดไฟLED สีตามที่
กฎหมายกำหนด -หลอด LED ติดตั้งเพื่อให้แสงกระพริบ ด้านข้างซ้าย-ขวา ข้างละ ๒ ชุด แต่ละชุดมีงานโค้งช่วยเพิ่ม
การกระจายแสง ฝาครอบทำด้วยพลาสติก ชนิดใสทนความร้อน มีชุดควบคุมการทำงานของชุดหลอด LED โดยอิสระ
ใช้กับกระแสไฟ ๑๒ VDC เมื่อตัวหนึ่งชำรุด ไฟดวงอื่นก็ยังสามารถทำงานได้ตามปกติ

๓.๖.๒ ไฟฉุกเฉินติดท้ายหลังคาเลนส์ใสหลอดไฟ LED (สีตามกฎหมายกำหนด) ข้างซ้าย-ขวา ติดตั้งไฟ
กระพริบสีตามที่กฎหมายกำหนดแบบ LED จำนวน ๒ ชุด พร้อมไฟเบรกหลังสีแดง

๓.๗ ด้านซ้ายห้องพยาบาลมีม้านั่งแถวยาวบุวมพร้อมพนักพิงเบาที่นั่งสามารถเปิดขึ้นเพื่อเก็บอุปกรณ์
การแพทย์หรือเวชภัณฑ์

หมวด ข คุณสมบัติเฉพาะอุปกรณ์การแพทย์

๑. คุณสมบัติการแพทย์

๑.๑ เตียงนอนโลหะผสม แบบมีล้อเซ็น ปรับเป็นรถเซ็นได้ มีความแข็งแรงทนทานแผ่นรองตัวผู้ป่วยทำจาก
อลูมิเนียมหรือโลหะ มีเบาะรองนอนพร้อมสายรัดผู้ป่วย ๒ เส้น รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ กิโลกรัม

๑.๒ ชุดช่วยหายใจชนิดใช้มือปั๊มสำหรับเด็กและผู้ใหญ่

๑.๒.๑ หน้ากากทำจากซิลิโคนสีใสช่วยให้ง่ายต่อการสังเกตอาการของผู้ป่วย Mark No.๕ สำหรับผู้ใหญ่ ๑
อัน และMark No.๓ สำหรับเด็ก ๑ อัน

๑.๒.๒ ถูกลมทำจากซิลิโคนสีขาวสามารถมองเห็นได้ภายในตัวดูภายนอกด้านนอกหยาบสลับเรียบเพื่อความ
กระชับขณะปั๊ม สำหรับผู้ใหญ่มีขนาด ๑,๗๐๐ มล. และสำหรับเด็กมีขนาด ๕๐๐ มล.

๑.๒.๓ ถูสำหรับออกซิเจนทำจาก Polyvinyl chloride สำหรับผู้ใหญ่และเด็ก มีขนาดความจุ ๒,๗๐๐ มล.

๑.๒.๔ พร้อมสายออกซิเจน ๑ เส้น

๑.๓ เครื่องส่องกล้องเสียงและเครื่องดูของเหลวใช้กับไฟรถยนต์

๑.๓.๑ เป็นชุดเครื่องมือส่องตรวจหลอดลมให้แสงสว่างโดยใยแก้วนำแสง FIBER OPTIC

๑.๓.๒ ใช้ถ่านไฟฉายขนาดกลาง ๒ ก้อน

๑.๓.๓ หลอดไฟเป็นหลอด HALOGEN/XENON ติดอยู่ในด้ามมือ (HANDLE)

๑.๓.๔ สวิตช์จะทำงานเมื่อประกอบแผ่นส่องตรวจ (BLADE) เข้ากับด้ามถือแสงสว่างจะส่องผ่านแผ่นตรวจ

๑.๓.๕ ด้ามมือและแผ่นส่องตรวจทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม

๑.๓.๖ ด้ามถือสามารถถอดได้ ๒ ข้าง ทั้งหัวและท้ายเพื่อสะดวกในการเปลี่ยนถ่านและหลอดไฟฟัดเป็น
แบบเกรียวหมุนปิดสนิทใช้งานง่าย สะดวกในการทำความสะอาดและดูแลรักษา

๑.๓.๗ สามารถใช้ประกอบกับชุดส่องตรวจหลอดลมที่เป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐานสากล

๑.๓.๘ แผ่นส่องตรวจในชุดมาตรฐานมีให้เลือกใช้ ๓ ขนาด จำนวน ๓ อัน เบอร์ ๒,๓,๔ เป็นแผ่นส่องตรวจ
แบบ FIBER OPTIC

๑.๓.๙ รับประกันคุณภาพอย่างน้อย ๑ ปี นับตั้งแต่วันส่งมอบ

๑.๔ เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง

๑.๔.๑ เป็นเครื่องวัดความดันโลหิตรูปทรงสี่เหลี่ยมติดผนัง

๑.๔.๒ สามารถวัดความดันโลหิตได้ไม่น้อยกว่า ๐-๓๐๐ มิลลิเมตรปรอท

๑.๔.๓ มีผ้าพันแขน ๑ ชุดชนิดปะติด (Velcro Fastens) ใช้งานได้สะดวก

๑.๔.๔ สายยางต่อจากผ้าพันแผลเป็นแบบ Coiled Tubing มีความยาวไม่น้อยกว่า ๓ เมตร

๑.๔.๕ ลูกยางสำหรับอัดลมผ้าพันแผลพร้อมลิ้นปิด-เปิด ผ่านท่ออย่าง ๒ ท่อ สะดวกต่อการควบคุม

๑.๔.๖ ลูกยางสำหรับอัดลมผ้าพันแผลเป็นลูกยางแบบมาตรฐาน

๑.๕ ชุดป้องกันกระตุกคอเคลื่อน

๑.๕.๑ โครงภายนอกเป็นพลาสติกภายในเป็นโฟมชนิดอ่อน

- ๑.๕.๒ ปรับขนาดได้ โดยปรับสายรัดแบบปะติด
- ๑.๕.๓ ด้านหน้ามีช่องสำหรับการเจาะหลอดลมผู้ป่วยได้
- ๑.๕.๔ มี ๓ ขนาด
- ๑.๖ ชุดเผือกลม
- ๑.๖.๑ เผือกลมสูญญากาศ ใช้สำหรับตามแขน ๒ ชั้น ตามขา ๒ ชั้น ของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
- ๑.๖.๒ มีกระบอกสำหรับสูบลม ๑ อัน
- ๑.๖.๓ มีกระเป๋าสำหรับใส่เผือกลมสูญญากาศ ๑ ใบ
- ๑.๗ ชุดให้ออกซิเจนแบบ Pipe Line สำหรับส่งท่อก๊าซ
- ๑.๗.๑ ถังออกซิเจนขนาด ๑๐ ลิตร จำนวน ๒ ถัง
- ๑.๗.๒ ชุดปรับแรงดันออกซิเจนใช้กับถังออกซิเจนขนาด ๑๐ ลิตร
- ๑.๗.๓ Regulator แบบ ๑ เกจวัด Gauge วัดแรงดันภายในถังออกซิเจน
- ๑.๗.๔ Flow meter
- ๑.๗.๕ Humidifier
- ๑.๗.๖ Masal Cannula With mask (ชุดครอบจมูก)
- ๑.๘ อุปกรณ์ตามหลังชนิดสั้น
- ๑.๘.๑ โครงสร้างภายในผลิตจาก PVC ที่สามารถเพิ่มความสะอาดสบายในการใช้งาน
- ๑.๘.๒ โครงสร้างภายนอกประกอบด้วยเข็มขัดที่แน่นหนา
- ๑.๘.๓ เมื่อผู้ป่วยสวมชุด Body Splint บริเวณศีรษะจะได้รับการป้องกันจากเผือก
- ๑.๙ เก้าอี้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดพับเก็บได้
- ๑.๙.๑ ผลิตจากอลูมิเนียมอัลลอยด์ น้ำหนักเบา ขนาดเล็กง่ายต่อการเคลื่อนย้าย
- ๑.๙.๒ เก้าอี้มีที่จับ ๔ ตำแหน่ง ชนิด ๔ ล้อ
- ๑.๙.๓ บริเวณใต้เก้าอี้ด้านข้างมีคันโยกที่สามารถโยกขึ้น-ลงได้
- ๑.๙.๔ สามารถรับน้ำหนักผู้ป่วยได้ไม่เกิน ๑๖๐ กก.
- ๑.๑๐ ครอบหลังคาทรงสูงพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

๕.ระยะเวลาดำเนินการ

กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม ๒๕๖๓

๖.ระยะเวลาส่งมอบ

กำหนดส่งมอบภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย ให้ถูกต้องและครบถ้วน และยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน

๗.วงเงินในการจัดซื้อ

ในวงเงินงบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนค่าธรรมเนียมต่อการขนส่งทางบกให้ถูกต้องตามประเภทรถ และภาษีอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วย

๘.ผู้เสนอราคาจะต้องมีหลักฐานหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่ายหรือผู้ผลิตรถยนต์มาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

๙.ผู้เสนอราคาจะต้องมีโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) ประกอบกระบะและตัวถังรถยนต์ชนิดต่าง ๆ และได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ๙๐๐๑-๒๕๕๒ (ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๐๘) ในขอบข่ายการออกแบบการพัฒนา การผลิตและการบริการซ่อมแซมเป็นของตัวเอง เพื่อสะดวกต่อการซ่อมบำรุงหรือได้รับแต่งตั้งจากโรงงานผู้ผลิตให้เป็นตัวแทนจำหน่ายโดยแนบเอกสารดังกล่าวเพื่อประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง

๑๐. การรับประกัน ผู้ขายจะต้องรับประกันความเสียหายอันเนื่องจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี หากชำรุดเสียหายในระยะเวลาที่รับประกัน ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ตามปกติ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น และดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ผู้ขายได้รับแจ้งให้ทราบ

มีประกันภัยรถยนต์ ประเภทชั้นหนึ่ง

มี พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคจากผู้ประกอบการ

๑๑. ต้องจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค ให้คำแนะนำ อบรมวิธีการใช้งานตลอดจนวิธีการบำรุงรักษา รถยนต์และอุปกรณ์แก่เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย

๑๒. แค็ตตาล็อกหรือรูปแบบที่เป็นภาษาอังกฤษ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบเอกสารการแปลที่เป็นภาษาไทย โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

๑๓. ต้องดำเนินการจดทะเบียนรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) ให้เป็นกรรมสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกทรายให้เรียบร้อยภายในกำหนด ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทรายได้ออกหนังสือมอบอำนาจ โดยผู้ชนะการเสนอราคาเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด จึงจะชำระเงินค่ารถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)ให้

๑๔. ขณะผู้ขายส่งมอบรถให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง พร้อมทั้งจะใช้งานได้ทันที

๑๕. เครื่องหมายและตราสัญลักษณ์ ตามที่หน่วยงานกำหนด

๒. คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้คิดคำนวณราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อใช้เป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นไว้ ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริง ดังนี้

(๓.) ราคามาตรฐานที่สำนักงานประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑

สำนักงานประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๒ หน้า ๑๘ ข้อ ๘.๗

รถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)ปริมาตรกระบะอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน

๑) เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐาน

๒) มีประตูด้านหลัง ปิด-เปิด สำหรับยกเตียงผู้ป่วยเข้า-ออก

๓) มีตู้เก็บท่อ บรรจุก๊าซไม่น้อยกว่า ๒ ท่อ ที่แขวนน้ำเกลือ

๔) ห้องพยาบาลมีตู้ใส่อุปกรณ์และเวชภัณฑ์

๕) มีวิทยุคมนาคม VHF/FM พร้อมอุปกรณ์

๖) เครื่องสัญญาณไฟฉุกเฉินพร้อมเครื่องขยายเสียง

๗) คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์การแพทย์ประกอบ

๗.๑ เตียงนอนโลหะผสม แบบมีล้อเข็น ปรับเป็นรถเข็นได้

๗.๒ ชุดช่วยหายใจชนิดใช้มือปั๊มสำหรับเด็กและผู้ใหญ่

๗.๓ เครื่องส่องกล้องเสียงและเครื่องดูดของเหลวใช้กับไฟรถยนต์

๗.๔ เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง

- ๗.๕ ชุดป้องกันกระตุกคอเคลื่อน
- ๗.๖ ชุดเผือกลม
- ๗.๗ ชุดให้ออกซิเจนแบบ Pipe Line สำหรับส่งท่อก๊าซ
- ๗.๘ อุปกรณ์ตามหลังชนิดสั้น
- ๗.๙ เก้าอี้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดพับเก็บได้
- ๗.๑๐ ครอบหลังคาทรงสูงพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

สรุป คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้คิดคำนวณราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อใช้เป็นฐานเปรียบเทียบราคาตามมาตรฐานที่สำนักงานประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑

สำนักงานประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๒

รถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)ปริมาตรกระบะอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายสาธิต รีกเหตุ)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางนริศรา คำสุวรรณโณ)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางสาวปราณี จูสวัสดิ์)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายศรารุท เพ็ชรบุญ)

(ลงชื่อ)

กรรมการและเลขานุการ

(นางอรชา สุวรรณจิตร)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย

- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง
โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) ปริมาตรกระบะสูงไม่เกิน ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน

งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท ราคากลาง ๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท

-เห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุดังนี้

๑. นายสมปรารถนา ฉิมสังข์ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ บ้านควนป้อม
เป็นประธานกรรมการ

๒. นางณัฐวรรณ์ มุสิกพงศ์ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน เป็นกรรมการ


๓. นายศรันย์ จุลแก้ว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป เป็นกรรมการ

๔. นายวีระพงศ์ ชูหมวด ตำแหน่งผู้ช่วยช่างประปา เป็นกรรมการ

๕. นายบุญเลิศ ทองดี ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ เป็นกรรมการ

-แจ้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(ลงชื่อ)



ผู้ขออนุมัติ

(นายสาธิต รักเกต)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

- พิจารณาแล้ว

เห็นควรอนุมัติ

เห็นควรไม่อนุมัติเพราะ.....

- คำสั่ง

อนุมัติ

ไม่อนุมัติเพราะ.....

ลงชื่อ



(นายขจรพงศ์ มีขำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย

ลงชื่อ



(นายขจรพงศ์ มีขำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย